

Hematology Calibrator₁ | System Specific Values₂

350415-22
2017-10

Open-vial stability 5 days₃

 2018-08-01

LOT 81690194

Instrument₄

Abbott CELL-DYN® 3200

Parameter ₅		$\bar{x}$	+/-
WBC (WOC)	10 ⁹ /L	7.1	0.3
WBC (NOC)	10 ⁹ /L	7.2	0.3
RBC	10 ¹² /L	4.23	0.10
HGB	g/dL	12.6	0.2
[HGB]	g/L	126	2
MCV	fL	78.5	2.0
PLT	10 ⁹ /L	220	15

Instrument₄

Abbott CELL-DYN® 3500 / 3700

Parameter ₅		$\bar{x}$	+/-
WBC (WOC)	10 ⁹ /L	7.0	0.3
WBC (WIC)	10 ⁹ /L	7.2	0.3
RBC	10 ¹² /L	4.21	0.10
HGB	g/dL	12.5	0.2
[HGB]	g/L	125	2
MCV	fL	90.6	2.0
PLT	10 ⁹ /L	213	15

Instrument₄

Abbott CELL-DYN® Ruby®

Parameter ₅		$\bar{x}$	+/-
WBC (WOC)	10 ⁹ /L	7.1	0.3
WBC (NOC)	10 ⁹ /L	7.1	0.3
RBC	10 ¹² /L	4.27	0.10
HGB	g/dL	12.4	0.2
[HGB]	g/L	124	2
MCV	fL	78.4	2.0
PLT	10 ⁹ /L	216	15

- 1 Hematology Calibrator
Etalon d'hématologie / Hämatologiekalibrator / Calibratore ematologico / Calibrador hematológico / Hematologikalibrator
- 2 System Specific Values
Valeurs spécifiques du système / Systemspezifische Werte / Valori specifici del sistema / Valores específicos del sistema / Systemspezifika värden
- 3 Open-vial stability 5 days
Stabilité en flacon ouvert 5 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 5 tage / Stabilità della fiala aperta 5 giorni / Estabilidad de la cápsula abierta 5 días / Hållbarhet för öppen flaska 5 dagar
- 4 Instrument
Instrument / Gerät / Strumento / Instrumento / Instrument
- 5 Parameter
Paramètre / Parameter / Parametro / Parámetro / Parameter
- $\bar{x}$ Mean
Moyenne / Mittelwert / Media / Media / Medelvärde
- +/- Expected Range
Intervalle escompté / Erwartungsbereich / Range previsto / Intervalo previsto / Förväntat intervall
- [SI Units
Unités SI / SI- Einheiten / Unità SI / Unidades SI / SI-enheter

The brand and product names of the instruments are trademarks of their respective holders.

Les noms de marques et de produits des instruments appartiennent à leurs détenteurs respectifs. / Die Marken- und Produktnamen der Geräte sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. / Le marche e i nomi degli strumenti sono marchi registrati dei rispettivi titolari. / Los nombres de marcas y productos de los instrumentos son marcas comerciales de sus titulares respectivos. / Instrumentmärken och produktnamn är varumärkta av respektive innehavare.