

Hematology Calibrator₁ | System Specific Values₂

Open-vial stability 5 days₃



2019-07-03

350415-24
2018-09

LOT 91400194

Instrument₄
Abbott CELL-DYN® 3200

| Parameter ₅ | \bar{x} | +/- |
|------------------------------|-----------|------|
| WBC (WOC) 10 ⁹ /L | 6.8 | 0.3 |
| WBC (NOC) 10 ⁹ /L | 6.9 | 0.3 |
| RBC 10 ¹² /L | 4.14 | 0.10 |
| HGB g/dL | 12.5 | 0.2 |
| [HGB] g/L | 125 | 2 |
| MCV fL | 80.2 | 2.0 |
| PLT 10 ⁹ /L | 209 | 15 |

Instrument₄
Abbott CELL-DYN® 3500 / 3700

| Parameter ₅ | \bar{x} | +/- |
|------------------------------|-----------|------|
| WBC (WOC) 10 ⁹ /L | 6.8 | 0.3 |
| WBC (WIC) 10 ⁹ /L | 7.0 | 0.3 |
| RBC 10 ¹² /L | 4.30 | 0.10 |
| HGB g/dL | 12.4 | 0.2 |
| [HGB] g/L | 124 | 2 |
| MCV fL | 91.3 | 2.0 |
| PLT 10 ⁹ /L | 207 | 15 |

Instrument₄
Abbott CELL-DYN® Ruby®

| Parameter ₅ | \bar{x} | +/- |
|------------------------------|-----------|------|
| WBC (WOC) 10 ⁹ /L | 6.8 | 0.3 |
| WBC (NOC) 10 ⁹ /L | 6.8 | 0.3 |
| RBC 10 ¹² /L | 4.24 | 0.10 |
| HGB g/dL | 12.4 | 0.2 |
| [HGB] g/L | 124 | 2 |
| MCV fL | 79.3 | 2.0 |
| PLT 10 ⁹ /L | 208 | 15 |

1 Hematology Calibrator

Hematologický kalibrátor / Etalon d'hématologie / Hämatologiekalibrator / Calibratore ematologico / Hematologikalibrator / Calibrador hematológico / Hematologikalibrator

2 System Specific Values

Systémověspecifické hodnoty / Valeursspécifiques du système / Systemspezifische Werte / Valori specifici del sistema / Systemspezifiske verdier / Valores específicos del sistema / Systemspezifika värden

3 Open-vial stability 5 days

Stabilitáotevřenélékovky 5 dní / Stabilitée en flacon ouvert 5 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 5 tage / Stabilità della fiala aperta 5 giorni / Stabiliteten til åpnet ampulle 5 dager / Estabilidad de la cápsula abierta 5 días / Hållbarhet för öppen flaska 5 dagar

4 Instrument

Nástroj / Instrument / Gerät / Strumento / Instrument / Instrumento / Instrument

5 Parameter

Parametr / Paramètre / Parameter / Parametro / Parameter / Parámetro / Parameter

\bar{x} Mean

Střední / Moyenne / Mittelwert / Media / Gjennomsnitt / Media / Medelvärde

+/- Expected Range

Očekávaný rozsah / Intervalle escompté / Erwartungsbereich / Range previsto / Forventet område / Intervalo previsto / Förväntat intervall

[] SI Units

Mezinárodní soustava jednotek SI / Unités SI / SI- Einheiten / Unitá SI / SI-måleenheter / Unidades SI / SI-enheter

The brand and product names of the instruments are trademarks of their respective holders.

Názvy obchodních značek a výrobků přístrojů jsou ochrannými známkami jejich příslušných držitelů. / Les noms de marques et de produits des instruments appartiennent à leurs détenteurs respectifs. / Die Marken- und Produktnamen der Geräte sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. / Le marche e i nomi degli strumenti sono marchi registrati dei rispettivi titolari. / Merke- og produktnavnene til instrumentene er varemerker tilhørende de respektive eierne. / Los nombres de marcas y productos de los instrumentos son marcas comerciales de sus titulares respectivos. / Instrumentmärken och produktnamn är varumärkta av respektive innehavare.